

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL LOTE 2 EXP. 85/2017 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE RECINTOS ISOTÉRMICOS VISITABLES Y COMPACTOS PARA LA SEDE DEL CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA (CRAG) EN EL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UAB.

La valoración que a continuación se realiza es sobre dos de las tres empresas que se han presentado a este lote ARALAB y FISHER SCIENTIFIC. La tercera empresa PSI, ha quedado descartada por no cumplir con lo solicitado en el pliego técnico (Anexo I), donde se solicitaba que al menos cinco de los seis recintos isotérmicos solicitados habían de caber en la sala cuyo plano se facilitaba en el punto 4 figura 2 del pliego.

A continuación, exponemos la valoración de los puntos designados como criterios de adjudicación en el anexo II del pliego:

1.- Criterios de valoración mediante fórmulas especificadas en el pliego... hasta 16 puntos.

Lote 2	EER		Garantía + de 3 años		Mayor superficie de crecimiento		Suma
	valor	12 puntos	Años	2 puntos	Área (m2)	2 puntos	16 puntos
PSI	-	-	-	-	-	-	-
ARALAB	6,3	6,3	3 años	0	4,01	0,00	6,30
FISHER SCIENTIFIC	5,6	5,6	3 años	0	6,48	2,00	7,60

2.- Criterios de valoración sujetos a juicio de valor... hasta 44 puntos.

Lote 2	Sistema de Humedad	Sistema de radiación más versatil en cámaras Tipo E, F y G	Mejor solución de radiación para la cámara Tipo I	Sistema de radiación más versatil en cámara Tipo H	Software con el sistema mas optimo y versátil	Suma
	10 puntos	4 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	44 puntos
PSI	-	-	-	-	-	-
ARALAB	10	4	10	10	10	44,00
FISHER SCIENTIFIC	5	2	3	3	6	19,00

VALORACION FINAL:

Licitador	Valoración por fórmulas	Juicio técnico	TOTAL
	16 puntos	44 puntos	60 puntos
PSI	-	-	-
ARALAB	6,30	44	50,30
FISHER SCIENTIFIC	7,60	19	26,60

Mesa de contratación
05 de Mayo 2017